

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 5.04.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Przedmiot postępowania:

Dostawa Hialuronianu sodu 1,8% (18mg/ml) w sterylnej ampułkostrzykawce a 0,85 ml do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego ZO/1/2022/DF

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny udziela wyjaśnień do zadanych pytań w niniejszym postępowaniu:

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis dotyczący terminu płatności bez zmian.

2. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

3. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy zgodnie z poniższym zapisem:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość:

1) 5% wartości netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca

2) **0,1% wartości netto Produktów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki;**

3) **0,1% wartości netto Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5, obliczonej wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki.**

Odpowiedź : Wszystkie kary umowne określone w § 8 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy pozostają bez zmian.

4. Pytanie

Czy zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny o poniższych parametrach:

- **Materiał wiskoelastyczny wysoce kohezyjny**
- **Stężenie: 2% hialuronian sodu**
- **Masa cząsteczkowa: 3.2 – 3.5 miliona Daltonów**
- **Lepkość: 400 000 mPa.s (co 0.1 s-1)**
- **Osmolarność: 280 – 330 mOsmol/l**
- **pH: 6.8 – 7.6**
- **Kaniula do iniekcji substancji wiskoelastycznych o grubości 25G i**
- **Pojemność ampułkostrzykawki 0.9 ml**
- **Temperatura przechowywania: 2 – 25°C?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materiału wiskoelastycznego o powyższych parametrach.

5. Pytanie

Czy w przedmiotowym postępowaniu zamiast:

1. **Hialuronianu sodu 1,8% (18mg/ml) w sterylnej ampułkostrzykawce a 0,85 ml z kaniulą jednorazowego użytku w sterylnym blistrze. Ampułkostrzykawka kompatybilna z cewnikiem do kanalołastyki ITRAK TM 250A**

Dopuszcicie Państwo:

2. **Hialuronian sodu 2,0% (20mg/ml) w sterylnej ampułkostrzykawce a 1,20 ml z kaniulą jednorazowego użytku w sterylnym blistrze. Ampułkostrzykawka kompatybilna z cewnikiem do kanalołastyki ITRAK TM 250A?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza materiału wiskoelastycznego o powyższych parametrach.

Kierownik
Działu Farmacji Szpitalnej


Monika Piętrowska