

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 22.09.2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Przedmiot postępowania: Dostawa jałowych jednorazowych zestawów do wykonania iniekcji doszklstkowych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.

Nr sprawy ZO/5/2022/DF

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny udziela wyjaśnień do zadanych pytań w niniejszym postępowaniu:


1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach i składzie:

Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy, Gramatura serwet 65g/m², zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 75 x 90 cm
- 1 serweta główna 75 x 90 cm z otworem przyklepnym (Ø 10 cm) wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem
- 1 rozwórka do powiek
- 1 plastikowe kleszcze hemostatyczne
- 1 szablon 3,5 mm / 4 mm
- 2 patyczki z bawełnianą główką
- 5 szt. kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitkowych, 12 warstwowych



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zaproponowanego zestawu ze względu na brak worka ociekowego.

2. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą próbki niesterylnej zestawu do iniekcji doszklistkowych? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbki jałowej, ocenie podlega m.in. łatwość założenie rozwórki jak i funkcjonalność znacznika, który należy przyłożyć do gałki ocznej.