

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

**KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 □ REGON 016084355 □ KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 □ www.spkso.waw.pl □ e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 26.06.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZO/10/2023/DZ

Przedmiot postępowania:

Zakup i dostawa preparatów myjąco-dezynfekcyjnych

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/10/2023/DZ:

1. Pytania do zapytania ofertowego:

Pakiet 1 poz. 2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu alkoholowego do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk w formie płynu na bazie alkoholu, bez zawartości chlorheksydyny, związków amoniowych i jodu, bez barwników, szerokie spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (w tym HBV, rotawirusy, Polio, Adeno, Noro) czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 min., przedłużony czas działania do 3 godz. nie alergizujący, pH 7 posiadający właściwości pielęgnujące skórę kompatybilny z płynem do mycia chirurgicznego i higienicznego rąk (poz.1), produkt biobójczy, opakowanie =1 litr

Odpowiedź: [Opakowanie musi być dostosowane do zamontowanych w SPKSO dozowników SM2](#)

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu alkoholowego do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk w formie żelu na bazie alkoholu + inna substancja czynna, bez zawartości chlorheksydyny, związków amoniowych i jodu, bez barwników, szerokie spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (w tym HBV, rotawirusy, Polio, Adeno, Noro) czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 min., przedłużony czas działania do 3 godz. nie alergizujący, pH 7 posiadający właściwości pielęgnujące skórę kompatybilny z płynem do mycia chirurgicznego i higienicznego rąk (poz.1), produkt biobójczy, opakowanie =1 litr

Odpowiedź: [Nie dopuszczamy](#)

- W związku z zakończeniem produkcji preparatu Desderman pure zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie preparatu nowszej generacji Desderman care. Preparat alkoholowy, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie jednego alkoholu - etanolu (83,7g/100g preparatu). Zawierający substancję pielęgnującą skórę (w tym D-panthenol + witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny,

czwartorzędowych związków amoniowych, gliceryny. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. Chirurgiczna do 1,5min. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio i Vaccinia). Produkt biobójczy. Opakowanie a 1L.

Odpowiedź: Dopuszczamy – ostateczna decyzja po przetestowaniu preparatu; wymagamy aby preparat był w postaci płynu

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawców preparaty do dezynfekcji rąk w części nr. 1 poz. 2 nie zawierały gliceryny

Odpowiedź: Nie stawiamy takiego wymogu

Pakiet 3 poz. 1

- Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na specyfikę zastosowania i możliwości przechowywania w poszczególnych komórkach placówki Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów nie wymagających specjalnych warunków przechowywania określonych w karcie charakterystyki (P403+P235): Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu

Odpowiedź: Nie stawiamy takiego wymogu

Pakiet 3 poz. 3 i 4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek nasączonych alkoholem – propan-2ol w rozmiarze 133 mm x 185 mm w opakowaniach tuba a' 125 szt. z przeliczeniem ilości pełnych opakowań

Odpowiedź: poz.3 – oczekujemy, aby opakowanie było tzw. „wkładem”

poz. 4 – opakowanie w postaci pudełka

Pakiet 3 poz. 5 i 6

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek nasączonych alkoholem – propan 2 ol w rozmiarze 20cmx 20cm w opakowaniach tuba a' 200 szt.

Odpowiedź: poz.5 – oczekujemy, aby opakowanie było tzw. „wkładem”

poz. 6 – opakowanie w postaci pudełka

Pakiet 3 poz. 3,4,5,6

- Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na przeznaczenie produktów do dezynfekcji sprzętu medycznego Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które są wytwarzane według standardu GMP (jakość farmaceutyczna, kontrola czystości mikrobiologicznej na etapie produkcji), zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa w procesie produkcji

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferent przedłożył dokumenty wyszczególnione

w zapytaniu ofertowym ZO/10/2023/DZ

Pakiet 4 poz. 3

- Prosimy o potwierdzenie, iż w celu zniwelowania efektu musowania tabletki podczas przygotowania roztworu roboczego Zamawiający wymaga preparatu zawierającego w składzie kwas adypinowy w ilości do 20%. Brak efektu musowania tabletki ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo personelu podczas przygotowywania roztworu roboczego oraz maksymalne ograniczenie wdychania oparów przez personel przygotowujący roztwór roboczy

Odpowiedź: oczekujemy preparatu zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym ZO/10/2023/DZ

Pytanie ogólne

- Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na pojawienie się na rynku bardzo dużej ilości produktów wątpliwej jakości nie wiadomego pochodzenia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa dezynfekowanych narzędzi, sprzętu medycznego, wyposażenia Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne kl. IIa oraz wyroby medyczne kl. IIb posiadały badania tolerancji materiałowej, które będą potwierdzały minimum dobrą kompatybilność materiałową produktu z co najmniej stałą nierdzewną, aluminium i poliwęglanem. Obiektywne badania wykonane w laboratoriach dają gwarancję Zamawiającemu bezpiecznego stosowania preparatów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferent przedłożył dokumenty wyszczególnione

w zapytaniu ofertowym ZO/10/2023/DZ

/-/ Monika Piątkowska

Kierownik Działu Zaopatrzenia

i Gospodarki Magazynowej