


SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 □ REGON 016084355 □ KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 □ www.spkso.waw.pl □ e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: +48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 25.08.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZO/13/2023/DZ

Przedmiot postępowania:

Dostawa materiałów do sterylizacji

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/13/2023/DZ:

1. Pytania do zapytania ofertowego:

➤ **Dot. formularza asortymentowo-cenowego (Pakiet nr 1)**

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga niezbędnych dokumentów dopuszczających oferowany produkt do obrotu na terenie RP, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z 2022 rok (Dz. U. 2022 poz.974)

➤ **Dot. wykazu próbek (Pakiet nr 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do:

- dla poz. 1 – 2 szt
- dla poz. 2 – 5 szt
- dla poz. 3 – 5 szt
- dla poz. 4 – 1 przyrząd + 5 testów
- dla poz. 5 – 5 szt?

Odpowiedź:

- dla poz. 1 – 2 szt – Zamawiający wyraża zgodę
- dla poz. 2 – 5 szt - Zamawiający nie wyraża zgody
- dla poz. 3 – 5 szt - Zamawiający wyraża zgodę

- dla poz. 4 – 1 przyrząd + 5 testów- Zamawiający wyraża zgodę
- dla poz. 5 – 5 szt - Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Monika Piątkowska

Kierownik Działu Zaopatrzenia

i Gospodarki Magazynowej