

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

**KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 □ REGON 016084355 □ KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 □ www.spkso.waw.pl □ e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 29.08.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZO/13/2023/DZ

Przedmiot postępowania:

Dostawa materiałów do sterylizacji

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/13/2023/DZ:

1. Pytania do zapytania ofertowego:

- Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające arkusz o wymiarach ok 11,5x11,5 cm? Tak nieznaczna różnica wymiarów w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane testy

- Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane testy

- Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 3:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane testy

- Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści próbki w ilości 10 sztuk? Taka ilość próbek jest w zupełności wystarczająca do przetestowania produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści próbki w ilości 10 szt.

- Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 4:
Czy Zamawiający dopuści testy kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości 1,5m i średnicy 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 4:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane testy

- Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 4:
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż wymagany jako próbka przyrząd PCD, stanowić będzie próbkę zwrotną?

Odpowiedź: Potwierdzamy zwrot próbki (przyrząd PCD)

- Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 5:
Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy do dezynfekcji odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6 wg PN-EN ISO 11140-1 w zakresie tolerancji na zmienne krytyczne procesu (czas i temperaturę). Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej typy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO 11140-1).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

- Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 5:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane testy

- Dotyczy Pakietu nr 1:
W przypadku zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości, wycenić ułamkową ilość czy dokonać zaokrąglenia do pełnych opakowań/rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na inne wielkości opakowań i tym samym na wycenę ułamkowych ilości. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w formularzu asortymentowo-cenowym oferowanej ilości opakowań przyjętej do wyceny oferty

- Dotyczy Pakiet nr 2 pozycja 1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne o terminie ważności min. 12 miesięcy. Testy biologiczne ze względu na obecność żywych mikroorganizmów posiadają całkowity termin przydatności od daty produkcji 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane testy z terminem ważności 12 miesięcy licząc od daty ich otrzymania

- Dotyczy Pakiet nr 2 pozycja 1 i 2:
Czy Zamawiający dopuści próbki w ilości 3 sztuk? Taka ilość próbek jest w zupełności wystarczająca do przetestowania produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści próbki w ilości po 3 szt. dla każdej pozycji

/-/ Monika Piątkowska

Kierownik Działu Zaopatrzenia

i Gospodarki Magazynowej