

# SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

## KATEDRA i KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

**prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik**

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl) • e-mail: [klinika@spkso.waw.pl](mailto:klinika@spkso.waw.pl)

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-77 (sekretariat)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

**Warszawa, dnia 26.08.2021 r.**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Nr sprawy ZP/08/2021**

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA JAŁOWYCH JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO WYKONANIA INIEKCJI  
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**

### **PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1)**

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

#### **1. Pytanie do SWZ- Wykaz próbek**

Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek niejałowych

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia do przetestowania próbek jałowych.

#### **2. Pytanie do przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

- Serweta na stolik 85x100
- Serweta 60x60, folia, otwór 7cm, zbiornik
- Insulinówka
- Opatrunek (na dwoje oczu, samoprzylepny)
- Patyczki 7,5
- Tupfer 30x30 2x
- Kompres z gazy 5x5 10szt.
- Miarka 3.5/4.0 mm
- Rozwórka

**Odpowiedź:** Zamawiającemu trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi odnośnie przydatności proponowanego zestawu. Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał serwetę operacyjną z folią samoprzylepną (przeciętą) z workiem ociekowym. Jeżeli wymóg dotyczący serwety będzie spełniony to w zakresie pozostałych elementów składowych Zamawiający wypowie się po przetestowaniu próbek zestawów.

Naczelnny Lekarz Szpitala