

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA i KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-77 (sekretariat)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 20.01.2021 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 143/2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/13/2020

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz.1843 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

1. Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści również filtr światła niebieskiego o długości fali w zakresie 400-440 nm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taki filtr światła niebieskiego.

2. Pakiet nr 7

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o dioptrżu od +10,00D do 30,00D co 0,5D oraz filtr światła niebieskiego o długości fali w zakresie 400-440 nm?

Odpowiedź: Nie

3. Pakiet nr 9

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o długości 11mm zapakowaną fabrycznie do kartridża?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.

4. Pakiet nr 9 – dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji soczewek torycznych do 7 dni z uwagi na fakt, iż są to soczewki które wszczepia się w planowanych zabiegach, które można z wyprzedzeniem ustalić?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw soczewek określonych w pakiecie nr 9 do 7 dni.

5. Pytanie dot. wykazu dostaw

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przetargowej 2 referencji o łącznej wartości brutto 2 950 000,00 zł ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna spełnienie wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dołączenie do oferty dwóch referencji o proponowanej wartości.

6. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuszcza dodatkową jedną igłę mocującą jednorazowego użytku z uwagi na fakt, iż podczas implantacji soczewki afakijnej przedniokomorowej zestaw do implantacji nie jest stosowany?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza dodatkową igłę mocującą jednorazowego użytku.

7. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści dioptraż w zakresie +6,0D do +30,0 D?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiego dioptrażu.

8. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie 6 zestawów wielorazowego użytku do implantacji soczewek (injector plus pęseta) dla całego pakietu 2 ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści soczewki w zakresie dioptrii od -5,0 D do +5,0 D stopniowane co 1,0 D ,a od +6,0 D do +30,0 D stopniowane co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści soczewki o proponowanych dioptrażach.

10. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga soczewki z filtrem UV w zakresie od 398nm do 401nm, w zależności od wartości dioptrażu soczewki ?

Odpowiedź: Tak.

11. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga soczewki w zakresie dioptrii od +6,0 D do +30,0 D stopniowane co 0,5D a od +31,0 D do +34,0 D stopniowane co 1,0 D?

Odpowiedź: Tak.

12. Pytanie dot. załącznika „Wykaz próbek”-pakiet nr 1

Soczewki z PMMA do fiksacji śródskleralnej

Czy Zamawiający dopuści próbkę soczewki o mocy +21,0 D zamiast soczewki o mocy +23,0D ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do testowania soczewkę o mocy +21,0 D zamiast soczewki o mocy +23,0 D.

13. Pytanie dot. załącznika nr 2 „Wykaz próbek”

Czy w przypadku składania oferty na pakiet 2, 3, 4, 5 i 7 Zamawiający dopuści złożenie w ramach próbek **jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku** składającego się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety dla w/w pakietów?

Odpowiedź: Tak.

14. Pytanie dot. załącznika nr 2 „Wykaz próbek”

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca oferując zestaw do implantacji wielorazowego użytku w ramach próbek powinien również podać jego cenę, jak w przypadku soczewek.

Odpowiedź: W formularzu „Wykaz próbek” należy podać jedynie wartość soczewek przekazanych do testowania.

15. Pytanie dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego okresu gwarancji (ważności) z 24 miesięcy do 12 miesięcy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wymaganego okresu gwarancji (ważności) określonego na 24 miesiące.

16. Pytanie dot. zapisów rozdziału V pkt 1 C i VI pkt 5.2 SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie przez Wykonawcę zrealizowania co najmniej dwóch **dostaw wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce** o wartościach nie mniejszych niż (każda) wyszczególnionych dla poszczególnych pakietów w rozdziale V pkt 1 C SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie do końca rozumie sens tego pytania albowiem warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostały precyzyjnie określone w rozdziale V. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na kilka pakietów może udokumentować wykonanie co najmniej 2 dostaw wyrobów medycznych w kwocie stanowiącej zsumowaną wartość przewidzianą dla tych pakietów albo wykazać po 2 dostawy dla każdego z pakietów odrębnie – do decyzji wykonawcy.

17. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać soczewki wewnątrzgałkowe (zwane dalej „Soczewkami”) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru. W przypadku konieczności zrealizowania dostawy „na cito” realizacja nastąpi w ciągu **1 dnia roboczego** z zastrzeżeniem § 5 ust 3. Terminy dostaw obowiązują bez względu na wartość i zakres dostawy.”?

Uzasadnienie: Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi, tak jak ma to miejsce w stosunku do innych terminów umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw „na cito” w ciągu 1 dnia roboczego

18. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Uzupełnianie banku implantów będzie następowało w uzgodnionych terminach z zachowaniem terminów, o których mowa w ust.2, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w formie Raportu soczewek/materiałów – wykorzystanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, w ciągu **1 dnia roboczego** od złożenia zamówienia.”?

Uzasadnienie: Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

19. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W trosce o należytą gospodarkę Soczewkami Zamawiający będzie używał powierzone Soczewki począwszy od Soczewek o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. **Na życzenie Zamawiającego Wykonawca może wymienić dany asortyment na inny najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem jego termin przydatności. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.**”?

Uzasadnienie: Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie bezwartościowe, gdyż nie będzie mógł ich już sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie §3 ust. 11 projektu umowy w powyższym brzmieniu.

20. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu **powstania zobowiązania podatkowego**, dla Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13, NIP: 113-21-68-300.”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy faktury powinny być wystawiane z uwzględnieniem stawki obowiązującej w dniu powstania zobowiązania podatkowego, a nie dnia wystawienia faktury.

Odpowiedź: Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 7 projektu umowy pozostaje bez zmian.

21. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 3 projektu umowy zdanie pierwsze w następującym brzmieniu: „W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Soczewek, których okres gwarancji (ważności) wynosi co najmniej **12 miesięcy** Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca może zapewnić dostarczanie wyrobów z termin przydatności wynoszącym 12 miesięcy;

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczania soczewek z terminem gwarancji (ważności) wynoszącym 24 miesiące.

22. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1) 10% wartości netto niezrealizowanej części Przedmiotu dostawy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które

odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

*2) 0,2% wartości netto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów **zawinionych przez Wykonawcę**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości;*

*3) 0,2% wartości **netto** przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości.”?*

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że wszystkie kary umowne będą naliczane od wartości netto, gdyż to ona określa wysokość zobowiązania;

- Kara umowna powinna być naliczana w przypadku wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a nie okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Okolicznością niezależną od Zamawiającego może być np. zdarzenia o charakterze siły wyższej, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi powyższej modyfikacji do wzoru umowy. W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana w zakresie dotyczącym terminu dostawy - §8 ust.2 pkt. 2) lit.a) projektu umowy.

Zamawiający uznaje jednocześnie zasadność dokonania zmiany w §6 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy zmieniając wyrażenie „brutto” na „netto”.

23. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §6 projektu umowy ustępu nr 2?

Uzasadnienie: Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii nie jest możliwe dokonywanie potrąceń należności zaistniałych w związku z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli § 6 ust. 2 z projektu umowy, gdyż ma on charakter uniwersalny i dotyczy okoliczności nie związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zastosowanie będzie miał przytoczony art. 15r¹ ust. 1, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

24. Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy w następującym brzmieniu: „*gdy Wykonawca nie realizuje istotnych postanowień Umowy zgodnie z Umową pomimo wezwania go do działania zgodnego z Umową lub też **pięciokrotnie** nienależycie wykonał swoje istotne zobowiązania umowne, albo gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;”?*

Uzasadnienie: Umowa ma być zawarta aż na 48 miesięcy, zasadnym jest więc zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z możliwością rozwiązania umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę jednakże wyrażenie „dwukrotnie” zmienia na wyrażenie „trzykrotnie”. Zamawiający zwraca uwagę, że termin realizacji określony w SIWZ został określony na 24 miesiące przy czym w przypadku nie wykupienia towaru w pełnej ilości Zamawiający zastrzegł sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji maksymalnie do 48 miesięcy.

25 . Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „*Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.” ?*

Uzasadnienie: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w

takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie/należyte wykonanie umowy po ustąpieniu ww. okoliczności.

Odpowiedź: Mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zamawiający uzupełni treść §6 projektu umowy o ust.4 w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

26. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści anulację 5st?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiej anulacji.

27. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści soczewkę preloaded hydrofobową pokrytą heparyną z filtrem UV przepuszczającym max. 10% światła o długości fali poniżej 395 nm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę.

28. Pakiet nr 2

Czy w przypadku zaferowania soczewki z jednorazowym systemem implantacyjnym, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia zestawów do implantacji wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak.

29. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga soczewkę asferyczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga soczewki asferycznej.

30. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści soczewkę akrylową hydrofilną z powierzchnią wykazującą właściwości powierzchni hydrofobowej, o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiej soczewki.

31. Pakiet nr 5

Czy w przypadku zaferowania soczewki w opcji preloaded, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak.

32. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści soczewkę akrylową hydrofilną o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę.

33. Pakiet nr 8

Czy w przypadku zaferowania soczewki z jednorazowym systemem implantacyjnym, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak.

34. Pakiet nr 9

Czy w przypadku zaferowania soczewki z jednorazowym systemem implantacyjnym, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku?

Odpowiedź: Tak.

35. Pytanie dot. wzoru umowy - §3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnianie banku implantów w ciągu 48 godzin w dni robocze od złożenia zamówienia /dot. pakietów 1-6/?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję /patrz odpowiedź na pytanie nr 18/

36. Pytanie dot. wzoru umowy - §3 ust. 2 /pakiet 9/

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy soczewek wewnątrzgałkowych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru, a w przypadku dostawy „na cito”, realizację zamówienia do 48 godzin w dni robocze /dot. pakietu 9/?

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostaw soczewek określonych w pakiecie nr 9 do 7 dni /patrz odpowiedź na pytanie nr 4/. W przypadku konieczności dostawy tych soczewek „na cito” realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.

37. Pytanie dot. wzoru umowy - §3 ust. 2 /pakiet 8/

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy soczewek wewnątrzgałkowych w terminie do 6 tygodni od daty zamówienia towaru, bez możliwości dostaw „na cito” /dot. pakietu 8/?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie soczewek w zakresie pakietu nr 8 w terminie do 6 tygodni od daty zamówienia towaru, bez konieczności dostaw „na cito”.

38. Pakiet nr 8, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek oraz jednorazowych systemów implantacyjnych, przy założeniu, iż suma cen częściowych za w/w elementy składowe, będzie równa cenie jednostkowej wykazanej we formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

39. Pytanie dot. wzoru umowy - §5 ust. 2-3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem gwarancji jakościowej, gdyż używa terminu gwarancji zamiennie z terminem ważności soczewek, a to są dwa różne pojęcia?

Odpowiedź: Gwarancja jakościowa jest pojęciem szerszym i obejmuje ogólnie kwestie związane z jakością dostarczanego towaru jako całości. Jakość dostarczanych w ramach umowy produktów nie może odbiegać np. od jakości próbek produktów przetestowanych w ramach prowadzonego postępowania. Gwarancją jakościową objęty jest nie tylko sam produkt ale np. opakowanie, w którym ten produkt jest dostarczany i które w chwili dostawy nie powinno nosić śladów uszkodzeń czy też niekompletności.

40. Pakiet nr 2

Soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa, zakres dioptrii od +6 do + 30:

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści soczewki tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe z filtrem UV przepuszczającym 10% światła o długości fali 376,5 nm do 380 nm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie soczewki.

41. Pakiet nr 5

Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa asferyczna:

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe asferyczne z filtrem UV przepuszczającym 10% światła o długości fali 422.6 nm do 427.4 nm i filtrem światła fioletowego w zakresie 427.4 nm do 450 nm z zakresem dioptrii od +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D? Pozostałe parametry bez zmian.

Soczewki filtrujące światło fioletowe poprawiają widzenie skotopowe (tj. przy słabym oświetleniu) i rytm dobowy w porównaniu z implantami blokującymi światło niebieskie.

Filtrując wysokoenergetyczne fale fioletowe poprawiają jakość widzenia i redukują rozpraszanie światła, aby sprostać zmieniającym się potrzebom pacjentów i preferencjom ich stylu życia.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie soczewki.

42. Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

43. Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję. Dotychczasowe zapisy dotyczące tych kwestii pozostają bez zmian.

44. Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia banku implantów do 48 godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy Pakietów od 1 do 6)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

45. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust.1 pkt.1

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części Przedmiotu dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej, zwracając jednocześnie uwagę, że dotyczy ona wyłącznie okoliczności, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z uwagi na fakt, że Wykonawca nie realizuje Przedmiotu umowy zgodnie z Umową lub w sposób nienależyty wykonuje swoje zobowiązania umowne, a więc z powodu okoliczności o których mowa w § 7 ust.1 pkt.2 .

46. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust.1 pkt.2

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy?

Odpowiedź: Wysokość kary umownej pozostaje bez zmian.

47. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust.1 pkt.3

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji?

Odpowiedź: Wysokość kary umownej pozostaje bez zmian.

48. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści soczewkę tylnokomorową, zwijalną, jednoczęściową, akrylową, asferyczną, bezaberracyjną, preloadowaną, z czterema haptenami (znacznik poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej), w pełni hydrofobową, z jednorazowym systemem implantacyjnym, zakres dioptrażu: od 0.0 D do +10.0D stopniowane co 1.0 D, od +10.0 D do +34.0 D stopniowane co 0.5 D, rozmiar całkowity 11.0 mm, średnica części optycznej 6.0 mm, angulacja: 0°, filtr UV, zalecany rozmiar cięcia 2.2 mm, ostra krawędź 360°, indeks refrakcji 1.54, stałe optyczne: A: 119.2, ACD: 5.67, Surgeon Factor: 1.9, Haigis: a0: 2.027 / a1: 0.4 / a2: 0.1?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę.

49. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiet 5 dopuści soczewkę tylnokomorową, zwijalną, jednoczęściową, akrylową, asferyczną, bezaberracyjną, preloadowaną, z czterema haptenami (znacznik poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej), w pełni hydrofobową, z jednorazowym systemem implantacyjnym, zakres dioptrażu: od 0.0 D do +10.0D stopniowane co 1.0 D, od +10.0 D do +34.0 D stopniowane co 0.5 D, rozmiar całkowity 11.0 mm, średnica części optycznej 6.0 mm, angulacja: 0°, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, zalecany rozmiar cięcia 2.2 mm, ostra krawędź 360°, indeks refrakcji 1.54, stałe optyczne: A: 119.2, ACD: 5.67, Surgeon Factor: 1.9, Haigis: a0: 2.027 / a1: 0.4 / a2: 0.1?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Naczelny Lekarz Szpitala
dr n. med. Grażyna Broniek