SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, MBA, FEBO

Warszawa, dnia 05.05.2026 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Nr sprawy ZO/5/2026/DZ

Przedmiot postępowania:
Dostawa materiałów do sterylizacji do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/5/2026/DZ.

I. Dotyczy pakietu nr 1

1) Dotyczy pozycji nr 1

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Bowie & Dick w formie pakietu o wymiarach 11,5cm x 12,5cm?
   Odpowiedź: wyrażamy zgodę
2. Czy zamawiający w celu dodatkowego zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem wymaga, aby każdy testy Bowie & Dick był opakowany w woreczek strunowy ?
   Odpowiedź: nie wymagamy

2) Dotyczy pozycji nr 2

1. Czy zamawiający wymaga, aby oferowane testy IV klasy były zarejestrowane jako wyrób medyczny?
   Odpowiedź: tak, wymagamy
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów IV klasy w formie paska z perforacją na pół – 1 pasek =2 testy IV klasy. Opakowanie 250 pasków = 500 testów w przeliczeniu na ilość zamawianą przez zamawiającego.
   Odpowiedź: wyrażamy zgodę

3) Dotyczy pozycji nr 3

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w formie paska typu Tyvek. Testy IV klasy do sterylizacji nadtlenkiem wodoru w postaci paska perforowanego na pół. Opakowanie 250 pasków = 500 testów IV klasy.
   Odpowiedź: wyrażamy zgodę

4) Dotyczy pozycji nr 4

1. Czy zamawiający wymaga, aby oferowane testy VI klasy były zarejestrowane jako wyrób medyczny?
   Odpowiedź: tak, wymagamy
2. Czy zamawiający w celu dodatkowego zabezpieczenia testów przez zabrudzeniem wymaga, aby testy były opakowane w opakowanie strunowe umożliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie?
   Odpowiedź: nie wymagamy

5) Dotyczy pozycji nr 5

1. Czy zamawiający wymaga, aby oferowane testy były zarejestrowane jako wyrób medyczny?
   Odpowiedź: tak, wymagamy
2. Czy zamawiający w celu dodatkowego zabezpieczenia testów przez zabrudzeniem wymaga, aby testy były opakowane w opakowanie strunowe umożliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie?
   Odpowiedź: nie wymagamy
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 200szt/opakowanie w przeliczeniu na zamawianą ilość przez zamawiającego?
   Odpowiedź: wyrażamy zgodę

6) Dotyczy pozycji nr 7

1. Czy zamawiający wymaga, aby oferowane testy były zarejestrowane jako wyrób medyczny?
   Odpowiedź: tak, wymagamy
2. Czy zamawiający w celu dodatkowego zabezpieczenia testów przez zabrudzeniem wymaga, aby testy były opakowane w opakowanie strunowe umożliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie?
   Odpowiedź: nie wymagamy

II. Dotyczy pakietu nr 3

1) Dotyczy pozycji nr 1 i 2

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników biologicznych z odczytem 20 minutowym wraz z użyczeniem inkubatora na okres trwania całej umowy? Inkubator posiada 4 cele do jednoczesnej inkubacji wskaźników. Jednocześnie mogą być inkubowane wskaźniki do sterylizacji parowej oraz nadtlenkiem wodoru.
   Odpowiedź: Należy zaoferować produkt zgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2) Dotyczy pozycji nr 2

1. Czy zamawiający może określić jaką ilość w opakowaniu wskaźników opisuje?
   Odpowiedź: Należy zaoferować produkt zgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

Odpowiedzi udzieliła:
Agata Lewińska
Koordynator Świadczeń
Pielęgnacyjnych
Bloku Operacyjnego

Dokument przygotowała:
/-/ Monika Pszczółkowska
Kierownik Działu Zaopatrzenia
i Gospodarki Magazynowej