SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, MBA, FEBO

Warszawa, dnia 27.08.2026 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Nr sprawy ZO/10/2026/DZ

Przedmiot postępowania:
Dostawa jednorazowej fizelinowej bielizny operacyjnej do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/10/2026/DZ.

1. Do umowy:
   Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

   Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w umowie tj. wartość zamówienia min. 500,00 zł

2. PAKIET 1
   1) Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

   2) Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2?

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

   3) Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

   4) Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadrukiem z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

5) Czy Zamawiający dopuści fartuch z odpornością na przenikanie płynów min. 35cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

6) Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałość na wypychanie – na sucho/mokro 80,60/76kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

7) Czy Zamawiający dopuści fartuch z paroprzepuszczalnością 4389g/m2/24godzony metoda ASTM 6701?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

8) Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałość na wypychanie – na sucho/mokro 128/117kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

9) Czy Zamawiający dopuści fartuch z paroprzepuszczalnością 4195g/m2/24godzony metoda ASTM 6701?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

10) Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany przy szyi na rzep?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

11) Czy Zamawiający dopuści fartuch lamówka w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

3. PAKIET 2

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w dwa sztywniki do formowania serwety na głowie
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego:
• Serweta główna wykonana z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2

• Serweta zabezpieczająca z materiału dwuwarstwowego Biflex o gramaturze 65g/m2, dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
• Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład
• 1 serweta 75 x 90 cm zabezpieczająca serwetę główną (owinięcie zestawu);
• 1 serweta główna 140 x 150 cm, z otworem 9 x 11 cm otoczonym padem chłonnym 30 x 30 cm i wypełnionym folią chirurgiczną.
Po dwóch stronach otworu zintegrowane z serwetą prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (sztywniki);

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; ostateczna decyzja podjęta zostanie po przetestowaniu asortymentu

Odpowiedzi udzieliła:
Agata Lewińska
Koordynator Bloku Operacyjnego

Dokument przygotowała:
/-/ Monika Pszczółkowska
Kierownik Działu Zaopatrzenia
i Gospodarki Magazynowej