

# SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

## KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

**prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik**

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl) • e-mail: [klinika@spkso.waw.pl](mailto:klinika@spkso.waw.pl)

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

**Warszawa, dnia 07.04.2022 r.**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Nr sprawy ZP/04/2022**

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA PRODUKTÓW DO CZASOWEJ TAMPONADY SIATKÓWKI ORAZ  
BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH**

**do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**

### **PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1)**

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

#### **1. Pytanie do pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 barwnik do błon siatkówkowych stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej ILM oraz do wybarbiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego w składzie: trifenylometan Brillant Blue o stężeniu 0,25 g/I, zawartość substancji barwiącej Brillant Blue G - 0,125mg oraz błękit bromofenolowy o stężeniu 1,3 g/I, zawartość substancji barwiącej -0,65 mg pakowany w szklane amułkostrzykawki o pojemności 0,5 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany barwnik a ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek.

#### **2. Pytanie do pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie preparatu o poniższym opisie:

Dekalina 5 %, perfluorodekalina, pojemność 5 ml szklana fiolka, sterylna, niepirogenna, wysokooczyszczona w 100% fluorowana, chemicznie obojętna, nietoksyczna; temperatura wrzenia 142°C, ciężar właściwy 1.91 +/-0.02, współczynnik refrakcji w temp. 20°C: 1.31, lepkość (mPas w temperaturze 37 st. C): NLT 2.66 cSt

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego preparatu.

#### **3. Pytanie do pakietu nr 2**

Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu w opakowaniach zawierających 10 szt. fiolek o pojemności 1 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowaną wielkość opakowań (opak.-10 szt.)

#### **4. Pytanie do pakietu nr 3**

Prosimy o dopuszczenie barwnika o następującym opisie:

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brilliant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawkę o pojemności 0.5ml, sterylne. Opakowanie 1 sztuka.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego barwnika w pakiecie nr 3.

#### **5. Pytanie do pakietu nr 4**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie barwnika zawierającego roztwór brilliant blue G o stężeniu 0,0025%. Wszystkie pozostałe składniki zgodne z wymaganiami SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanego barwnika o stężeniu 0,0025%.

#### **6. Pytanie do wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

#### **7. Pytanie do wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

#### **8. Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 20% dostaw realizacji zamówienia.”

**Odpowiedź:** Dotychczasowa treść §2 ust.16 pozostaje bez zmian.

#### **9. Pytanie dot. wzoru umowy § 8 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość:

- 1) 5% wartości netto niewykonanej lub nienależyte wykonanej części Umowy, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
- 2) 0,1% wartości netto Produktów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki;
- 3) 0,1% wartości netto Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5, obliczonej wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zakresie naliczania kar umownych. Dotychczasowa treść § 8 ust. 2, pkt. 1, 2, 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

#### **10. Pytanie do pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści barwnik do zaćm pakowany po 10 sztuk (1 op.=10 sztuk)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowaną wielkość opakowań (opak.-10 szt.)

**11. Pytanie do pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga roztworu błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg, brilliant blue G o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat jednakże nie stanowi to wymogu.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Naczelny Lekarz Szpitala**