

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/04/2022

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (3)

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

1. Pytanie do pakietu nr 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule długie w rozmiarze 18G 1,3 x 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści kaniul w proponowanym rozmiarze.

2. Pytanie do pakietu nr 2, poz.4

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Koreczki mają być pakowane pojedynczo i dostarczane w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 100 szt.

3. Pytanie do pakietu nr 4, poz.2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie strzykawki.

4. Pytanie do pakietu nr 4, poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 szt. oraz ich wycenę z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

5. Pytanie do pakietu nr 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z dopakowaną (nie wtopioną) igłą w rozmiarze 0,4x13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane strzykawki.

6. Pytanie do pakietu nr 7, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL = 0,65?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawiczek z AQL <1,5 tak więc rękawiczki, które spełniają to kryterium a jednocześnie są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia będą dopuszczone.

7. Pytanie do pakietu nr 8, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą dobry chwyt narzędzi, z AQL = 0,65?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową. Pozostałe warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Pytanie do pakietu nr 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm lub 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm.

9. Pytanie do pakietu nr 11, poz.1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych z tworzywa EVA z dwiema rozciągliwymi do 160cm rurami, karbowanymi od wewnątrz, łącznikiem Y z kolankiem odłączalnym, dodatkową rurą rozciągliwą do 100cm oraz workiem bezlateksowym o poj. 3 litry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych obwodów oddechowych.

10. Pytanie do pakietu nr 13, poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtry przeznaczone dla pacjentów o objętości pływowej Vt 300-500ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych filtrów przeciwbakteryjnych.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Naczelnny Lekarz Szpitala**