

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 24.10.2023 r.

Nr sprawy: ZP/09/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu operacyjnego.

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o ujednoczenie terminu realizacji zamówienia w zapisach § 3 ust. 1 Wzoru umowy i Rozdział VII pkt 1 SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 11 – Wzór umowy § 3 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 9.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem do Zamawiającego - czy w przypadku, kiedy oferowany sprzęt medyczny jest Zestawem wyrobów medycznych w myśl Artykułu 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2017/ 745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych, Zamawiający dopuści jako dokument potwierdzający, że zaoferowany Sprzęt medyczny został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Oświadczenie zgodne z ww. artykułem.

W Oświadczeniu tym Producent deklaruje, iż oferowany sprzęt medyczny jest wprowadzony do obrotu jako system składający się z innych wyrobów medycznych, noszących oznakowanie CE. Zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia dokument ten potwierdza, że zaofferowany sprzęt medyczny został zestawiony z wyrobów medycznych, zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem oraz w granicach użycia określonych przez ich producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jako dokument potwierdzający, że zaofferowany Sprzęt medyczny został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Oświadczenie zgodne z Artykułu 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2017/ 745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 8, ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy do 5% netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Przedmiotu Umowy, obliczonej odpowiednio wg ceny netto Sprzętu, określonej w § 5 ust.1 Umowy – w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiocie sprawy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych § 8, ust. 2 pkt 2) Wzoru umowy do 0,1% wartości netto Sprzętu, określonej w § 5 ust.1 Umowy , za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 3 ust.1, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiocie sprawy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych § 8, ust. 2 pkt 3) Wzoru umowy do 0,1% wartości netto Sprzętu, określonej w § 5 ust.1 Umowy , w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiocie sprawy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wierzytelności należnych Wykonawcy od Zamawiającego na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy z zastrzeżeniem warunku, że Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o przelewie wierzytelności w terminie 7 dni od dokonania przelewu wierzytelności i jednocześnie w tym

terminie potwierdzi, iż mimo przelewu wierzytelności jest uprawniony i zobowiązany odpowiednio do wykonywania praw i obowiązków z Umowy zawartej z Zamawiającym - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na podjęcie działań do 72h w dni robocze od chwili zgłoszenia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiocie sprawy.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na następujący: "W przypadku stwierdzenia wad bądź uszkodzeń w dostarczonym sprzęcie Wykonawca podejmie natychmiastowe działania na swój koszt mające wyeliminować te wady lub uszkodzenia poprzez naprawę, wymianę podzespołów albo wymianę całego Sprzętu jeśli nie jest możliwa naprawa. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany podzespołów w terminie nie dłuższym niż 7 Dni roboczych w przypadku podzespołów dostępnych w magazynie Wykonawcy lub 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów z zagranicy oraz w przypadku wymiany aparatu w terminie 21 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności dokonania wymiany podzespołu lub aparatu."

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 11 – Wzór umowy § 6 ust. 5 nadając nowe brzmienie:

W przypadku stwierdzenia wad bądź uszkodzeń w dostarczonym sprzęcie Wykonawca podejmie natychmiastowe działania na swój koszt mające wyeliminować te wady lub uszkodzenia poprzez naprawę, wymianę podzespołów albo wymianę całego Sprzętu jeśli nie jest możliwa naprawa. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany podzespołów w terminie nie dłuższym niż 7 Dni roboczych w przypadku podzespołów dostępnych w magazynie Wykonawcy lub 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów z zagranicy oraz w przypadku wymiany aparatu w terminie 21 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności dokonania wymiany podzespołu lub aparatu."

Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SWZ.