

# SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

## KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

**prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik**

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl) • e-mail: [klinika@spkso.waw.pl](mailto:klinika@spkso.waw.pl)

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

**Warszawa, dnia 27.04.2023 r.**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Nr sprawy ZP/03/2023**

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA WISKOELASTYKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PROCEDUR OKULISTYCZNYCH  
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**

### **PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

#### **1. Pytanie dot. pakietu 7**

Czy Zamawiający dopuści paski fluoresceinowe w opakowaniach handlowych a' 300 z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe a 300 szt. (każdy pasek zapakowany sterylnie, oddzielnie) – z przeliczeniem, zaokrągleniem w górę i zachowaniem ogólnej wymaganej ilości.

#### **2. Pytanie dot. Pakietu nr 4**

Prosimy o dopuszczenie materiału wiskoelastycznego o poniższych parametrach:

- hialuronian sodu 1,8 % (18 mg/ml)
- masa cząsteczkowa 1.2-2 mln Da
- osmolarność 270 – 400 mOsm/kg
- lepkość ok. 130.000 mPas
- pH 6.8-7.4
- ampułko-strzykawka 1 ml, kaniula 27G
- temp. Przechowywania 2 – 25 st. C

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego materiału wiskoelastycznego (zbyt mała masa cząsteczkowa).

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej**