

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 25.10.2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/07/2022

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

1. Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1 :

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2-2,4mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba Abbego 49. Współczynnik refrakcji 1.48.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych soczewek. Zamawiający wymaga zaoferowania soczewek o zakresie dioptrażu od +6,0 D do +34,0 D

2. Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1 :

Zwracamy się z prośbą o odstąpienia od wymogu dostarczenia zestawu do implantacji wielorazowego użytku (iniektor + pęseta) w przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym zestawem implantacyjnym (kartridż + iniektor).

Odpowiedź: W przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym zestawem implantacyjnym Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zestawu do implantacji wielorazowego użytku.

3. Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o przepuszczalności 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką soczewkę.

4. Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o mocy od +6.0D do +30.0D stopniowane co 0.5D oraz od +31.0D do +34.0 D stopniowane co 1.0D ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę stopniowaną w opisanym zakresie.

5. Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrzu od +10.0D do +30.0D stopniowane co 0.5D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.

6. Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 3 :

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 10% przepuszczalności światła UV w zakresie długości fali 395-400nm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrzu od -5.0D do +5.0D co 1.0D oraz od +6.0D do +30.0D co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę stopniowaną w opisanym zakresie.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
Naczelny Lekarz Szpitala**