

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 07.07.2023 r.

Nr sprawy: ZP/04/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawę sprzętu do przeszczepu rogówki i barwników okulistycznych do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.**

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 2:

Czy zamawiający dopuści również roztwór błękitu trypanu o stężeniu 1,5 mg oraz brillant blue G o stężeniu 0,25mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany barwnik, który będzie podlegał ocenie jakościowej w kryterium „jakość” zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 jednorazowy trepan próżniowy posiadający komorę ssącą 360° bez podziału na 16 części, połączony silikonowym łącznikiem ze strzykawką 5ml ze sprężynką. Rozmiary od 6.00 mm do 9.0 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego trepanu próżniowego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji nr 2 punch próżniowy jednorazowy, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą dzięki specjalnemu miejscu na palce można łatwo utrzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy,

silikonowy łącznik do strzykawki 5 ml ze sprężynką, okna wizualizacji 360° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płątka. Rozmiary od 6.00 mm do 9.5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego punchu próżniowego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego barwnika.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany barwnik, który będzie podlegał ocenie jakościowej w kryterium „jakość” zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6

(SWZ, pkt. IV, poz. 1. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu w zakresie oświadczenia producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta na: oświadczenie dystrybutora/ importera iż oferowany wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust. 2-4 MDR (Medical Devices Regulation)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....