

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: +48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 07.04.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/02/2023

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

ZAWIADOMIENIE **O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp) na dostawę szwów chirurgicznych, za najkorzystniejsze uznane zostały oferty n/wym. Wykonawców:

- 1. w zakresie pakietu nr 1 – Szew niewchłaniający jedwabny I**
PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o.
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B
- 2. w zakresie pakietu nr 2 – Szew niewchłaniający jedwabny II**
MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12 a
- 3. w zakresie pakietu nr 3 – Szew niewchłaniający poliestrowy**
AESCULAP CHIFA Sp. z o. o.
63-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14
- 4. w zakresie pakietu nr 4 – Szew wchłaniający I**
PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o.
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B
- 5. w zakresie pakietu nr 5 – Szew niewchłaniający nylonowy**
MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12 a
- 6. w zakresie pakietu nr 6 – Szew wchłaniający II**
PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o.
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B
- 7. w zakresie pakietu nr 7 – Szew niewchłaniający polipropylenowy**
PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o.
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B

Uzasadnienie wyboru — są to oferty, które spełniają wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także uzyskały najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach kryterium „ceny” i „jakości” - w odniesieniu do poszczególnych pakietów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty	Wykonawca	Liczba pkt w kryterium "cena"	Liczba pkt w kryterium "jakość"	Łączna ilość pkt.
-----------	-----------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------

pakiet nr 1 – Szew niewchłaniący jedwabny I

1	AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. 60-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14	42,16	47,50	89,66
5	JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o. o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24	16,86	50,00	66,86
6	YAVO Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu dostarczenia próbek po terminie wyznaczonym na składanie ofert/		
7	PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B	50,00	50,00	100,00

pakiet nr 2 – Szew niewchłaniący jedwabny II

2	MDT Sp. z o. o. 30-383 Kraków, ul. Skośna 12 a	50,00	50,00	100,00
6	YAVO Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu dostarczenia próbek po terminie wyznaczonym na składanie ofert/		

pakiet nr 3 – Szew niewchłaniący poliestrowy

1	AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. 60-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14	38,88	50,00	88,88
4	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18	50,00	38,50	88,50
5	JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o. o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24	16,90	48,00	64,90
6	YAVO Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu dostarczenia próbek po terminie wyznaczonym na składanie ofert/		

pakiet nr 4 – Szew wchłaniący I

1	AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. 60-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14	32,10	48,00	80,10
3	BIALMED Sp. z o. o. 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35	50,00	44,50	94,50
5	JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o. o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu niezgodności próbki z produktem zaoferowanym w poz. 1/		
6	YAVO Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu dostarczenia próbek po terminie wyznaczonym na składanie ofert/		
7	PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B	48,46	50,00	98,46

pakiet nr 5 – Szew niewchłaniący nylonowy

1	AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. 60-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14	21,45	46,50	67,95
2	MDT Sp z o. o. 30-383 Kraków, ul. Skośna 12 a	50,00	50,00	100,00
3	BIALMED Sp. z o. o. 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35	30,31	32,50	62,81
4	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18	40,54	46,50	87,04
5	JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o. o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24	11,22	49,00	60,22
6	YAVO Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu dostarczenia próbek po terminie wyznaczonym na składanie ofert/		
7	PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B	27,69	50,00	77,69

pakiet nr 6 – Szew wchłanialny II

7	PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B	50,00	45,00	95,00
---	---------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

pakiet nr 7 – Szew niewchłanialny polipropylenowy

1	AESCULAP CHIFA Sp. z o. o. 60-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14	37,90	46,00	83,90
3	BIALMED Sp. z o. o. 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35	33,89	45,00	78,89
4	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18	50,00	40,00	90,00
5	JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o. o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24	22,21	45,50	67,71
6	YAVO Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17	Oferta nie podlega punktacji /odrzucona z powodu dostarczenia próbek po terminie wyznaczonym na składanie ofert/		
7	PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6 B	41,67	50,00	91,67

Informacja o terminie zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W tej sytuacji termin zawarcia umów ustala się na dzień **17 kwietnia 2023 r.**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje ponadto, że na podstawie art.226 ust.1 pkt. 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) podjęta została decyzja o odrzuceniu ofert złożonych przez n/wym. firmy w odniesieniu do poszczególnych pakietów:

- [w zakresie pakietów nr 1-5 i 7](#)

YAVO Sp. z o.o.**97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17**

Uzasadnienie: Termin na składanie ofert wraz z próbkami upłynął w dniu 03.03.2023 r. o godz. 09:30. W wyznaczonym terminie została złożona oferta w formie elektronicznej jednakże próbki zostały dowieszone do Zamawiającego po upływie tego terminu. Opakowanie z próbkami, stanowiącymi istotną część oferty, zostało dostarczone w dniu 03.03.2023 r. o godz. 13:35, o czym Zamawiający poinformował zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.spkso.waw.pl oraz na elektronicznej Platformie Zakupowej eb2b.

Ponieważ próbki nie podlegają uzupełnianiu, gdyż służą jedynie do oceny jakości oferowanych produktów w ramach kryterium „jakość”, Zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę.

Uwaga - Niewykorzystane w toku postępowania próbki pozostają do dyspozycji Wykonawcy. Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu odbioru.

- [w zakresie pakietu nr 4](#)

JOHNSON&JOHNSON POLAND Sp. z o.o.**02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24**

Uzasadnienie: w poz. 1 Wykonawca zarówno w formularzu asortymentowo-cenowym jak również w wykazie próbek w rubryce zaoficerowany produkt (nazwa handlowa/typ/numer katalogowy) wpisał szew **VICRYL J555G**. Jednocześnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, Wykonawca dostarczył do przetestowania jako próbki 3 saszetki szwów o nazwie **VICRYL J555** a więc niezgodne z produktem zaoficerowanym w ofercie. Dostarczone próbki szwów nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie długości igły, gdyż zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu długość igły wynosi 7,6 mm zamiast wymaganej 8,0- 8,5 mm.

W tej sytuacji Zamawiający nie mógł wykorzystać próbek szwów do dokonania oceny jakościowej i tym samym uznał, że treść oferty firmy JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o. jest niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie pakietu nr 4.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej