

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 04.11.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/09/2021

Przedmiot postępowania:

**DOSTAWA JAŁOWYCH IMPLANTÓW OCZODOŁOWYCH Z SIATKĄ I BEZ SIATKI
ORAZ KONFORMERÓW I PIERŚCIENI NAPINAJĄCYCH ZAŁAMKI
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**

ZAWIADOMIENIE **O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp) na dostawę jałowych implantów oczodołowych z siatką i bez siatki oraz konformerów i pierścieni napinających załamki, za najkorzystniejsze uznane zostały oferty n/wym. Wykonawców:

- **w zakresie pakietu nr 1 – Implanty oczodołowe I**
MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12A
- **w zakresie pakietu nr 2 – Implanty oczodołowe II**
QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o.
02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 93
- **w zakresie pakietu nr 3 - Konformery sztywne plastikowe, pierścienie napinające załamki**
MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12A

Uzasadnienie wyboru — są to oferty, które spełniły wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także uzyskały najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach kryterium „cena” oraz „jakość i funkcjonalność” - w odniesieniu do poszczególnych pakietów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty	Wykonawca	Liczba pkt w kryterium "cena"	Ilość pkt przyznanych w kryterium „jakość i funkcjonalność”	Łączna ilość pkt.
-----------	-----------	-------------------------------	---	-------------------

pakiet nr 1 - Implanty oczodołowe I

[/po złożeniu ofert dodatkowych na podstawie art.248 ust.3 ustawy Pzp/](#)

1	MDT Sp. z o. o. 30-383 Kraków, ul. Skośna 12 A	50,00	50,00	100,00
2	QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o. 02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 93	49,85	50,00	99,85

pakiet nr 2 – Implanty oczodołowe II

1	MDT Sp. z o. o. 30-383 Kraków, ul. Skośna 12 A	Oferta nie podlega punktacji - nie spełnia warunków określonych w specyfikacji /brak siateczki/		
2	QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o. 02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 93	50,00	50,00	100,00

pakiet nr 3 – Konformery sztywne plastikowe, pierścienie napinające załamki

1	MDT Sp. z o. o. 30-383 Kraków, ul. Skośna 12 A	50,00	50,00	100,00
2	QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o. 02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 93	35,11	50,00	85,11

Informacja o terminie zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień **12.11.2021 r.**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

w zakresie pakietu nr 2 – implanty oczodołowe II

Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 226 ust.1, pkt.5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych podjęta została decyzja o odrzuceniu oferty firmy **MDT Sp. z o. o. - 30-383 Kraków, ul. Skośna 12A** w zakresie pakietu nr 2 – Implanty oczodołowe II

UZASADNIENIE:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał zaferowania „*implantu oczodołowego z hydroksyapatytu lub bioceramicznego z siatką*”. Zamawiający, w trakcie postępowania dopuścił możliwość dostarczenia siateczki w oddzielnym opakowaniu oraz produkowaną przez innego wytwórcę z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek (pismo z dnia 15.09.2021 r.) Przystępując do postępowania Wykonawca w ramach próbek do testowania dostarczył jedynie implant OCULIFT nr kat. 6327-POI bez siateczki przez co nie spełniał on wymagań określonych przez Zamawiającego. Z formularza asortymentowo cenowego również wynika, że oferta ograniczała się wyłącznie do implantów bez dodatkowej pozycji określającej siateczkę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Naczelnny Lekarz Szpitala